INFORMACJE O PRODUKCIE

Instrument obrotowy do polerowania kompozytu, ceramiki i wypełnień z metalu względnie innych materiałów zastępczych dla tkanek zęba. Mocowanie na kątnicę.

WSKAZÓWKI ODNOŚNIE STOSOWANIA

W celu uzyskania optymalnych wyników utrzymywać zalecane obroty w zakresie 1.000-3.000 min^{-1} (UpM). Nieprzestrzeganie górnej granicy zalecanych obrotów prowadzi do podwyższenia stopnia ryzyka poprzez podwyższoną temperaturę na polerowanej powierzchni i podwyższone oddawanie środka polerującego. Podwyższone temperatura może skutkować uszkodzeniem miazgi. Podczas pracy przerywanej, względnie polegającej na „wklepywaniu" z lekkim naciskiem nie jest wymagane chłodzenie wodą. Stosowanie odsysania jest obligatoryjne. Przed przyłożeniem do polerowanej powierzchni, należy instrument wprowadzić na odpowiednie obroty. Zalecamy używanie okularów i maseczek.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Filc o miętowym smaku na mandrylce z tworzywa sztucznego, nasycony diamentami o Ø 3-5 µm.

RYZYKO

Nie są znane żadne reakcje alergiczne u pacjentów. Przy nieprzerwanej pracy w czasie dłuższym niż 15 sekund należy liczyć się z podwyższeniem temperatury polerowanej powierzchni (uszkodzenie miazgi).

WYŁĄCZNIE DO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU!

Filc Diafix nie może być sterylizowany bez jego uszkodzenia. **Ponowne użycie na różnych pacjentach powoduje wysokie ryzyko kontaminacji - względnie infekcji i należy tego bezwzględnie nie robić**.

DEZYNFEKCJA

Instrumenty nie nadają się do sterylizacji! Ponieważ filce Diafix są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku, dlatego przed ich użyciem muszą być potraktowane bezbarwnym środkiem do dezynfekcji skóry. Instrument należy nim w całości zwilżyć i może być używany dopiero po wyschnięciu.

UTYLIZACJA

Użyte instrumenty mogą być usuwane razem z ogólnymi odpadami medycznymi.

OPAKOWANIA I NR REFERENCYJNE

12x filc Diafix, grubość 3,0 mm **OL605N**
12x filc Diafix, grubość 1,5 mm **OL606N**

Wersja 01/2019

Zastrzeżenie:
Nasze rady, sugestie i zalecenia dotyczące tego produktu udzielane są w dobrej wierze i oparte są na naszych własnych testach, a także zgodne z naszą obecną wiedzą. Nie należy ich jednak traktować jako gwarancji użycia. Dotyczy to również produktów innych producentów lub praw własności stron trzecich. Nie zwalnia to użytkownika z obowiązku przetestowania dostarczonych produktów i zdecydowania, czy nadają się do zamierzonego użycia. Ostateczne stosowanie i korzystanie z tych produktów przebiega poza naszą kontrolą i dlatego odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. W przypadku wykazania, że nasz produkt został dostarczony wadliwy lub uszkodzony, nasza odpowiedzialność za produkt ogranicza się do wymiany wartości dostarczonych i stosowanych towarów. Oczywiście, dostarczamy produkty stale wysokiej jakości zgodne z naszymi normami jakości i ogólnymi warunkami sprzedaży i dostawy. Znak CE nie dotyczy końcówek mieszających i akcesoriów.

OLIDENT Sp. z o. o., Sp. k.
32-003 Podłęże
Podłęże 653
tel.: +48/12/650 70 10
info@olident.com
www.olident.com
www.olidentdentalshop.pl

CE 0197

© OLIDENT® 2019

Made in EU