INFORMACJE O PRODUKCIE

Instrumenty obrotowe do szlifowania pod koronę, preparacji ubytków i obróbki kikuta (tkanki twarde zęba). Do obróbki wypełnień, kompozytów (tylko twarde, nie zaś wprawdzie odporne, ale elastyczne materiały).
Wiertła z galwanicznym nasypem z naturalnych diamentów; Pirania i Classic.
Wiertła i frezy z węglika spiekanego oraz węglika spiekanego i stali chirurgicznej.

WSKAZÓWKI ODNOŚNIE STOSOWANIA

Przygotowanie do ponownego użycia (czyszczenie, dezynfekcja, sterylizacja) omówione w odrębnym dokumencie „Sterylizacja instrumentów obrotowych".
W celu uzyskania optymalnych wyników utrzymywać zalecane obroty w zakresie 30.000-300.000 min^{-1} (UpM). Przed kontaktem z zębem należy instrumentowi pozwolić na osiągnięcie podanych obrotów. Podczas preparacji tkanek zęba należy pracować stale z chłodzeniem wodnym w ilości minimum 50 ml/min. W przypadku instrumentów których część pracująca ma średnicę większą niż 3,1 mm, zalecamy zwiększenie ilości wody do minimum 150 ml/min. Podwyższona temperatura może prowadzić do uszkodzenia miazgi. Należy unikać wyważania i zakleszczania instrumentu (grozi jego złamaniem). Siła docisku i prędkość obrotowa są zależne od twardości zęba i stosowanego napędu. Im wyższa prędkość, tym mniejszą siłę docisku należy stosować. Należy zapoznać się z instrukcją dostarczoną przez producenta stosowanej końcówki.

UWAGA

Zalecamy noszenie podczas pracy maseczek i okularów ochronnych.
Tylko do użytku profesjonalnego!

PRZECHOWYWANIE

Najlepiej przechowywać suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!

RYZYKO

Diamenty są osadzone w wielu warstwach niklu. Dalsze używanie wierteł pomimo zużycia warstwy diamentowej może doprowadzić do kontaminacji niklem wnętrza jamy ustnej pacjenta i w efekcie do uczulenia. W przypadku profesjonalnego posługiwania się instrumentem nie występują u pacjentów żadne reakcje alergiczne. Koniecznie należy unikać kontaktu z tkankami miękkimi – ryzyko zranienia!

UTYLIZACJA

Przed utylizacją uszkodzonych lub zużytych instrumentów należy poddać je sterylizacji w celu uniknięcia przenoszenia się ewentualnych chorób. Należy przestrzegać lokalnych przepisów odnośnie utylizacji. Użyte instrumenty mogą być usuwane razem z ogólnymi odpadami medycznymi.

SKŁAD

- Wiertła Classic - równomierny, 2-warstwowy nasyp z naturalnych diamentów. W przypadku wierteł Pirania nasyp 3-warstwowy. Nierdzewny, wyważony i utwardzony zgodnie z normą profil części pracującej oraz trzpień z odpornej na korozje stali przeznaczonej dla wyrobów medycznych.
- Trzpienie z utwardzanej stali przeznaczonej dla wyrobów medycznych, część pracująca z węglika spiekanego również wyważona i utwardzona zgodnie z normą.
- Instrumenty wykonane w całości z węglika spiekanego, wyważone i zahartowane zgodnie z normą.

Wynikające z doświadczenia wyniki, pozwalają określić czas życia wyrobu na aż do 30-krotnego użycia jednego instrumentu.

Wersja 01/2019

Zastrzeżenie:
Nasze rady, sugestie i zalecenia dotyczące tego produktu udzielane są w dobrej wierze i oparte są na naszych własnych testach, a także zgodne z naszą obecną wiedzą. Nie należy ich jednak traktować jako gwarancji użycia. Dotyczy to również produktów innych producentów lub praw własności stron trzecich. Nie zwalnia to użytkownika z obowiązku przetestowania dostarczonych produktów i zdecydowania, czy nadają się do zamierzonego użycia. Ostateczne stosowanie i korzystanie z tych produktów przebiega poza naszą kontrolą i dlatego odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika. W przypadku wykazania, że nasz produkt został dostarczony wadliwy lub uszkodzony, nasza odpowiedzialność za produkt ogranicza się do wymiany wartości dostarczonych i stosowanych towarów. Oczywiście, dostarczamy produkty stale wysokiej jakości zgodne z naszymi normami jakości i ogólnymi warunkami sprzedaży i dostawy. Znak CE nie dotyczy końcówek mieszających i akcesoriów.

OLIDENT Sp. z o. o., Sp. k.
32-003 Podłęże
Podłęże 653
tel.: +48/12/650 70 10
info@olident.com
www.olident.com
www.olidentdentalshop.pl

CE 0197

© OLIDENT® 2019

Made in EU